

別紙1

(案) 画像ファイリングシステム仕様書

- 1 件名 画像ファイリングシステム賃貸借契約
- 2 賃貸借期間 令和7年6月1日から令和13年5月31日まで(72ヶ月)
- 3 納入期限 令和7年6月1日(当該期限までに設置作業を終了すること)
- 4 設置場所 沖縄県中部保健所 2階 結核相談室
- 5 品名及び数量
画像ファイリングサーバ：1台
参照用モニター：1台
読影用高精細カラーモニター(2M)：2台
無停電電源装置：1台
外付けハードディスク：2台
- 6 調達機器に備えるべき技術的要件
 - (1) 包括的業務要件
 - ア 施設内及び施設外の DICOM データを登録し、履歴管理・画像閲覧ができること。
 - イ ソフトウェアは、現在使用しているシステム「d-ViewII (スリーゼット社)」と同等のソフトウェアを使用すること。
 - ウ 現在中部保健所で保存している過去の DICOM データを移行し、保存・参照ができること。
「d-ViewII」を使用できない場合は、スリーゼット社にデータ移行を依頼する費用を契約業者が負担する。
 - エ 既設 CR 装置と接続し、DICOM 画像の受信が可能であること。
 - オ 他医療機関等からの DICOM データの取り込みが可能であること。
 - (2) システム構成及び性能・機能に関する要件
 - ア 画像ファイリングサーバ
 - CPU：Intel Core i5 14500 以上
 - メモリ：16GB
 - HDD：2TB×2 RAID1 構成
 - OS：Windows11 Professional
 - LAN ポート：1つ以上
 - 保証：6年間の修理対応を行う。

イ 参照用モニター

サイズ：43 cm (17.0) 型
推奨解像度：1280×1024
表示領域（横×縦）：337.9× 270.3mm
画素ピッチ：0.264× 0.264mm
輝度（標準値）：250cd/m²
保証：30,000 時間以内の修理保証

ウ 読影用高精細カラーモニター（2M）

サイズ：54.0cm (21.3) 型
推奨解像度：1200×1600
表示領域（横×縦）：324.0×432.0mm
画素ピッチ：0.270×0.270mm
輝度（標準値）：1000cd/m²
保証：20,000 時間以内のセンドバック方式修理保証

エ 周辺機器

無停電電源装置：APC 社製 Smart-UPS500 相当
外付けハードディスク：USB 接続ハードディスク 2TGB 以上
保証：6 年間の修理対応を行う。

(3) 設置条件

- ア 機器の搬入、据付、各種設定及び調整等については、中部保健所の診療業務に支障をきたさぬよう、中部保健所職員と協議の上行うこと。
- イ 納期及び納品スケジュールについては、事前に中部保健所職員と打合せを行い、その内容に従い完了すること。
- ウ 機器の搬入、据付、各種設定及び調整等に伴う費用は契約業者の負担とすること。

7 機器の品質保証

乙は機器の品質が低下し、甲の業務に支障をきたすような状態となり、修理不能と認めるときは、速やかに機器の交換を行うものとする。これに要する費用はすべて乙の負担とする。

8 その他

本仕様書に記載されていない事項等、業務上の疑義が生じた場合は、中部保健所職員と別途協議の上、その指示に従うこと。