

仕様書

物品名：環境試験機 一式

機種仕様		備考
1)メーカー	指定なし	
2)型番	指定なし	
3)数量	1	
4)本体	本体寸法	W1500mm×D1273mm×H1970mm以内
	重量	480kg以内
	電源	200V (三相)
	容量	15A以上
	庫内容量	800L
5)機能	温度範囲	-20℃~100℃
	温度変動	±0.3℃以内
	温度上昇時間	60分以内 20℃→100℃
	温度下降時間	60分以内 20℃→-20℃
	湿度範囲	20%RH~90%RH
	湿度調整精度	±2.5%以内
	制御	デジタル操作で、温度、湿度時間を最大50ステッププログラムし、20パターン以上できること
	ガラス内扉	有すること
	送風ファン	風量調整ができること
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・ステンレス製棚板 ・連続給水純水製造機を有すること ・デフロスト機能を有すること ・霧付き低減弁 ・耐食性冷却器および加熱器を有すること 	
6)設置	場所	センター内の指定の場所とする。
	納入作業	担当者の立ち会いのもと、経路、通路の確保など必要な作業を行うこと。(破損や汚れを防止する養生など)
	設置作業	必要な工事は納入者の責任で行うこと。(基礎、電気、給排水、吸排気、燃料等)
		※また、軽微な変更により生ずる作業に対応すること。
	設置精度	加工機の設置に定める設置精度を出すこと。(水平垂直の確保、固定)
破損など	納入者の責により生じた破損などの責任を負うこと。(場所や他の物品など)	
7)説明	試運転、操作	日時、所要時間はセンターの調整の上決定し、必要な経費は受注者が負担すること。 (本物品の操作、調整および保守方法などの内容)
	取扱説明書	1部。(本物品の操作、調整および保守などの内容)
8)保証		
①無償保証対応	1年。本体および付属品の初期不良に対応可能な機種であること。	
②保守および修理	上記期間経過後も、本体及び付属品の保守および修理等について沖縄県内の技術者が十分に対応できる機種であること。	
③部品供給	使用想定期間(7~10年)の間、調達等ができる機種であること	
④対応方法	②~③について、依頼から7日以内に行える機種であること	