

質問に対する回答について

番号	対象入札	質問内容	回答日	回答内容
1	調色関連機器	送風定温乾燥機、電子はかりの設置台はあるか。	R4.1.13	送風定温乾燥機、電子はかりを設置する台は、別途調達するものを使用する。
2	調色関連機器	薬品棚(アジャスター付き)、送風定温乾燥機、ポットミル回転台、デシケーター(キャスター付き)の固定は必要か。	R4.1.13	薬品棚、送風定温乾燥機、ポットミル回転台、デシケーターの固定は不要。
3				
4				
5				